

Quảng Trị, ngày 20 tháng 10 năm 2023

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Vật tư phục vụ công tác chuyên môn với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Lê Hữu Thành – Trưởng phòng Vật Tư-TBYT  
SĐT: 0914.057.454 - Email: lehuuthanh1964@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:  
+ Nhận qua Email: phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 20 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2023.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Áo che chắn tia X không chì	<ul style="list-style-type: none"><li>- Chất liệu: Antimony và Bismuth. Không chứa chì, thoải mái khi mặc trong thời gian dài.</li><li>- Tương thích sinh học 100%, không mùi nhựa, ngăn sự hình thành vi khuẩn, không gây kích ứng da, kháng ẩm cao.</li><li>- Áo được mặc từ phía trước dễ dàng và có sẵn túi tiện dụng. Áo có độ dài vừa đủ để chồng lên phần váy bảo vệ trong các động tác khi cúi người về phía trước. Áo sử dụng miếng dán.</li><li>- Cầu vai chống trượt giúp giảm tải sức nặng và phân bổ lực cân bằng.</li><li>- Các khóa đai bản rộng, dễ dàng tăng chỉnh.</li><li>- Váy sử dụng khóa gài có thể điều chỉnh giúp ôm sát người mặc.</li><li>- Phù hợp cho: can thiệp tim mạch.</li></ul>	02	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ dày chì tương đương: phía trước <math>\geq 0.50\text{mm Pb}</math>, phía sau <math>\geq 0.25\text{mm Pb}</math>.</li> <li>- Cân nặng <math>\leq 4.0\text{ kg}</math> (Phần áo) và <math>\leq 3.52\text{ kg}</math> (Phần váy)</li> <li>- Kích cỡ (XI- XXL).</li> </ul>		
2	Giáp cổ chắn tia X.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Antimony và Bismuth.</li> <li>- Thiết kế phổ biến nhất.</li> <li>- Một kích cỡ phù hợp với tất cả.</li> <li>- Vùng che chắn rộng.</li> <li>- Khóa dán nam châm.</li> <li>- Độ dày chì tương đương <math>\geq 0.50\text{mm Pb}</math>.</li> </ul>	02	Cái
3	Mắt kính chắn tia X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vùng quan sát lớn cùng với tấm chắn bên để bảo vệ bổ sung.</li> <li>- Có cầu silicon chống trượt, thống nhất.</li> <li>- Miếng đệm mũi có thể điều chỉnh để tăng sự thoải mái.</li> <li>- Độ dày chì tương đương <math>\geq 0.75\text{mm Pb LE}</math>.</li> <li>- Kích thước kính: <math>51\text{ mm} \pm 10\%</math></li> <li>- Độ rộng mũi : <math>20\text{ mm} \pm 10\%</math></li> <li>- Chiều dài gọng: <math>140\text{ mm} \pm 10\%</math></li> </ul>	02	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật tư y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

**Bảng 1**

STT	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản vật tư
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vận chuyển giao hàng tại bệnh viện</li> <li>- Hàng mới 100%</li> </ul>

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không

5. Các thông tin khác (nếu có).


- Đơn vị báo giá cung cấp giấy ủy quyền bán hàng của chủ sở hữu (nếu có).

**Ghi chú:** Đơn vị báo giá theo mẫu báo giá - thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Bộ Y Tế ban hành.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa Nội TM
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT;



*Phan Xuân Nam*