

Quảng Trị, ngày 13 tháng 03 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm xe cồng nâng hạ 1 tay quay với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Lê Hữu Thành – Trưởng phòng Vật Tư-TBYT

SĐT: 0914.057.454

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: [phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn](mailto:phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13 tháng 03 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 22 tháng 03 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, trang thiết bị y tế :

ST T	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
1	<b>XE CỒNG NÂNG HẠ 1 TAY QUAY</b> <b>* Cấu hình đồng bộ:</b> - Xe chính: 01 cái - Mặt cồng: 01 cái - Cọc truyền: 01 cái - Lan can: 02 bộ - Đệm mút: 01 cái - Bánh xe: 01 bộ	<b>* Kích thước (mm):</b> - Kích thước cồng $\geq D1900 \times R540 \times C120 \pm 5\%$ - Kích thước xe $\geq D1950 \times R650 \pm 5\%$ . Chiều cao điều chỉnh trong khoảng $500-780 \pm 5\%$ <b>* Kết cấu chung:</b> - Xe gồm 1 cồng inox (có thể nhấc ra khỏi xe) và 1 đệm mút đi kèm. Đệm mút dày 50mm bọc vải giả da, chịu được các hóa chất tẩy rửa thông thường. Mặt cồng dạng 2 khúc trong đó tấm nâng đầu có thể điều chỉnh nâng từ 0-30 độ bằng cơ cấu tay bóp chốt rút.	08	Cái



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xe có lan can chắc chắn ở hai phía, có thể gấp xuống khi không sử dụng bằng cơ cấu chốt rút lò xo.</li> <li>- Khung xe có khay để đồ cá nhân bằng inox tẩm.</li> <li>- Bốn bánh xe <math>\phi 150</math>, trong đó 2 bánh có phanh hãm chắc chắn.</li> <li>- Cánh có thể điều chỉnh cao thấp nhờ hệ thống trục vít me nâng hạ. Trục vít me có tay quay bằng nhựa dễ vệ sinh, tay quay có thể gấp gọn khi không sử dụng.</li> <li>- Cọc truyền dịch có thể tháo lắp khỏi cánh và có thể điều chỉnh độ cao bằng tay vặn.</li> <li>- Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý bằng điện hóa đạt độ sáng bóng</li> <li>* <b>Vật liệu:</b></li> <li>- Làm bằng inox SUS 201 hoặc tốt hơn</li> <li>- Khung trên làm bằng hộp <math>\geq 20 \times 40 \times 1</math>mm, viền nẹp gỗ chống va đập.</li> <li>- Lan can làm bằng ống <math>\geq \text{Ø}22 \times 1</math>mm</li> <li>- Khung dưới làm bằng hộp <math>\geq 30 \times 60 \times 1</math>mm và hộp <math>\geq 20 \times 40 \times 1.2</math>mm ; khay để đồ bằng inox tẩm dày <math>\geq 0,8</math>mm</li> <li>- Mặt cánh khung bằng inox <math>\geq \text{Ø} 25.4 \times 1</math>mm, bọc inox tẩm dày <math>\geq 0,8</math>mm.</li> <li>- Cọc truyền dịch làm bằng inox <math>\geq \text{Ø}19 \times 1</math>mm và <math>\geq \text{Ø}15.9 \times 0.8</math>mm ;móc treo dịch truyền bằng inox dây <math>\geq \text{Ø}4</math>mm</li> <li>- Đệm mút bọc vải giả da dày <math>\geq 50</math>mm.</li> <li>- Bánh xe cao su đặc <math>\geq \text{Ø} 150</math>.</li> </ul>		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản vật tư y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng 1



STT	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản vật tư
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- Vận chuyển giao hàng tại bệnh viện - Hàng mới 100%



3. Các thông tin khác (nếu có).

- Đơn vị báo giá cung cấp giấy ủy quyền bán hàng của chủ sở hữu (nếu có).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT;

  
**GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**  


**Nguyễn Thị Luyện**

