

Quảng Trị, ngày 09 tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 18 – Nghị định 214/2025/NĐ-CP cho gói thầu: Mua sắm linh phụ kiện sửa chữa, thay thế cho máy X-Quang model: Titan 2000 và model: EVA-HF 750 Plus với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Trần Hữu Tuân – Phó Trưởng phòng Vật Tư-TBYT - SĐT: 0901.990.789
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
+ **Nhận qua Email:** phongvattutbytbvqt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 09 tháng 01 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 19 tháng 01 năm 2026.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 01 năm 2026.
- Đơn vị/nhà cung cấp có thể báo giá từ 01 hạng mục đến toàn bộ hạng mục hàng hoá được nêu tại danh mục.
- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện mua sắm yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bộ mạch cảm biến và cảm biến ảnh CCD 9M (Bộ mạch cảm	- Thông số kỹ thuật: + Loại cảm biến: CCD + Độ phân giải: $\geq 3K$ + Số điểm ảnh: $\geq 3100 \times 3080$ + Thời gian thu nhận ảnh: ≤ 3 giây.	01	Bộ

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
	biến CCD gồm sensor 3K)	+ Thời gian xử lý hình ảnh: ≤ 5 giây. + Hàng hóa cung cấp lắp đặt sử dụng được cho Hệ thống X-Quang số hoá – Model: Titan 2000 – Hãng sản xuất: Gemss.		
2	Tấm nhận ảnh kỹ thuật số	- Cấu hình: + Tấm thu nhận ảnh: 01 tấm + Phần mềm xử lý ảnh: 01 bộ + Bộ máy tính xử lý ảnh: 01 bộ + Bộ lưu điện UPS: 01 bộ + Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ	01	Bộ
		- Thông số kỹ thuật: + Tấm nhận ảnh kỹ thuật số: - Kích thước ngoài: $\geq 15 \times 18$ inch - Chất nhạy sáng: CsI hoặc tương đương - Kích thước điểm ảnh: $\leq 150 \mu\text{m}$ - Kích thước vùng nhận ảnh: $\geq 13.6 \times 16.5$ inch - Khả năng chịu tải bề mặt $\geq 300\text{kg}$ - Thời gian chu kỳ xử lý: ≤ 5 s - Kết nối: có dây và không dây - Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP56 hoặc tốt hơn. + Tự động nhận diện tia X: Có		
		+ Trạm điều khiển và xử lý hình ảnh kỹ thuật số: - CPU: Core i5 hoặc tốt hơn, RAM $\geq 8\text{GB}$, SSD: $\geq 256\text{GB}$. - Hệ điều hành windows 10 hoặc tốt hơn - Màn hình: LCD ≥ 23 inch. + Phần mềm xử lý ảnh: có tối thiểu các chức năng sau: - Có chức năng đăng ký thông tin bệnh nhân từ bàn phím hoặc lịch sử thăm khám. - Có chức năng điều chỉnh chia bậc tự động - Có chức năng xử lý độ nét, xử lý loại bỏ nhiễu - Có chức năng điều chỉnh mật độ và độ tương phản của ảnh - Có chức năng phóng to thu nhỏ ảnh, phóng đại một vùng ảnh - Có chức năng xoay ảnh, thêm chú thích cho ảnh		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		- Có chức năng lưu trữ ảnh ra CD, DVD - Hỗ trợ DICOM và hình ảnh truyền đến máy chủ PACS, in ấn và làm việc với Worklist. - Yêu cầu xuất xứ Tầm nhận ảnh kỹ thuật số: Thuộc các nước G7. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau.		

2. Địa điểm cung cấp, xuất xứ, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo hành, thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng 1.

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về xuất xứ, vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo hành, thiết bị
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị	- Dịch vụ kèm theo: Vận chuyển, lắp đặt, HDSD, chạy thử, bảo hành. - Mới 100%. - Bảo hành: + Hàng hóa STT 1: ≥ 6 tháng. + Hàng hóa STT 2: ≥ 12 tháng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Lưu ý:

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

- Báo giá ghi rõ thời gian bảo hành, thuế VAT và các dịch vụ liên quan kèm theo (nếu có).

- Sau khi gửi báo giá file mềm đến email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật Tư-TBYT_Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- TCKT;
- Lưu: VT, VT-TBYT, 01.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Vĩnh Quý