

Quảng Trị, ngày 06 tháng 01 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua trang thiết bị triển khai khám dịch vụ theo yêu cầu Khoa Tai Mũi Họng** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương; Phường Nam Đông Hà; tỉnh Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Trần Thành Lê - Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0946.268.801

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp gửi đến Phòng Vật Tư – TBYT hoặc qua email: phongvattutbytbvqt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06 tháng 01 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 16 tháng 01 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày từ ngày 16/01/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư trang thiết bị yêu cầu báo giá:

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Hệ thống nội soi tai mũi họng	* Cấu hình cơ bản: - Màn hình LCD ≥ 27 inch, độ phân giải ≥ 2560 x 1440 pixel: 01 cái - Bộ xử lý hình ảnh: 01 cái - Bộ nguồn sáng led: 01 cái - Dây dẫn sáng ≥ 2 m: 01 cái - Ống soi 0°: 01 cái - Ống soi 70°: 01 cái	01	Máy

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
		- Tay camera CCD full HD, tích hợp ≥ 4 chức năng tùy chỉnh trên tay cầm: 01 cái - Bàn đạp chân: 01 cái - Xe đẩy chuyên dụng: 01 cái - Phụ kiện kèm theo: dây nguồn, dây tín hiệu HDMI và bộ chia HDMI...: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ. * Thông số kỹ thuật: - Hỗ trợ kết nối nền tảng Pacs, His... của Bệnh viện. - Hỗ trợ đầu ra HDMI, CVBS, Video Encoder H265/H264...		
2	Bộ bàn ghế khám tai mũi họng		01	Bộ
2.1	Bàn khám tai mũi họng	Nguồn điện: 220VAC – 50Hz. * Cấu hình: - Hệ thống hút dịch (01 bơm hút chân không, 01 đầu hút, bình chứa, chỉnh áp...): 01 - Hệ thống xịt thuốc (01 máy nén khí loại không dầu, 02 đầu xịt thuốc, đồng hồ, ...): 01 - Khoang dụng cụ inox 304: 01 - Khoang chứa dụng cụ tích hợp hệ thống diệt khuẩn tia cực tím tự động: 01 - Khoang chứa máy nội soi tai mũi họng tích hợp trang bị ổ cắm: 01 - Hệ thống sấy mờ gương tự động: 01 - Cốc đựng dung dịch chống mờ: 01 - Lọ đựng tăm bông, đè lưỡi: 01 - Ngăn trượt đựng dụng cụ bẩn, hộp nhựa chịu hoá chất có nắp: 01	01	cái

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
		- Hộp inox có nắp: 04 - Lọ đựng thuốc: 06 - Ống ngâm được ≥ 4 optic: 01		
2.2	Ghế khám Tai Mũi Họng	* Thông số kỹ thuật: - Nguồn điện: 220VAC – 50Hz. - Tải trọng: $\geq 350\text{kg}$ - Có điều khiển điện tử: lên, xuống, ngã lưng ghế (ngả gập), trả về vị trí ban đầu. - Điều khiển cơ học: Tựa đầu, để tay, để chân... - Tốc độ lên xuống của ghế: $\leq 5\text{mm/s}$ - $\geq 18\text{mm/s}$ - Độ ngã lưng của ghế: $\leq 85^\circ$ - $\geq 180^\circ$ (góc ngả gập ghế) - Góc xoay ghế: 360° - Khoảng chuyển động (<i>vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất của ghế</i>): $\geq 220\text{ mm}$. - Chất liệu ốp ghế: Nhựa ABS hoặc tương đương. - Chất liệu bọc da: PU hoặc hoặc tương đương.	01	cái
3	Bộ dụng cụ cơ bản	- Vật liệu: Thép không gỉ. - Cấu hình bao gồm: + khay quả đầu $\geq 19\text{cm} \times 12\text{cm}$: 01 cái + Hộp đựng bông cotton $\geq 7.5\text{cm} \times 6\text{cm}$: 01 cái + Panh cong không máu $\geq 16\text{ cm}$ + Gắp dị vật hạ họng $\geq 19\text{cm}$: 01 cái + Gắp dị vật tai $\geq 8.5\text{cm}$: 01 cái + Nĩa khuỷu $\geq 16\text{cm}$: 01 cái + Nĩa chữ Z $\geq 16\text{cm}$: 01 cái + Nĩa không máu $\geq 16\text{cm}$: 01 cái + Thìa lấy ráy tai 2 đầu $\geq 17,5\text{cm}$: 01 cái	01	Bộ

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
		+ Móc lấy dị vật tai $\geq 16\text{cm}$: 01 cái + Móc lấy dị vật mũi $\geq 15.5\text{cm}$: 01 cái + Ống hút mũi $\geq$ dài 18cm, $\geq$ đầu hút 1.2mm: 05 cái + Ống hút tai $\geq$ dài 18cm, $\geq$ đầu hút 1.2mm: 05 cái		
4	Tủ đựng dụng cụ, thuốc	Kích thước : W800 x D400 x H1600mm Chất liệu : Khung inox Kiểu dáng : Được thiết kế chuyên dụng cho để thuốc và các dụng cụ y tế.	01	cái

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng số 01

STT	Địa điểm vận chuyển	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp dịch vụ
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Phường Nam Đông Hà - tỉnh Quảng Trị	- Vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, HDSD, bảo hành. - Năm sản xuất: 2025 trở về sau. - Bảo hành ≥ 12 tháng hoặc theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất (nhà thầu ghi rõ).

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà –tỉnh Quảng Trị.

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật.

- Báo giá ghi rõ thời gian bảo hành, thuế VAT và các dịch vụ liên quan kèm theo (nếu có).

4. Các thông tin khác:

- Để đảm bảo việc mua vật tư thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,...trong báo giá.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB_(Lê).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Vĩnh Quý