

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cho gói Dịch vụ sửa chữa máy điện tim 6 kênh – Model: ECG 1250 – Hãng sản xuất: Nihon kohden với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Hoàng Quốc Hùng – Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvattutbytbvqt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08 tháng 4 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 17 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17/4/2026

**Lưu ý:** Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

#### 1. Danh mục yêu cầu báo giá

| TT | Danh mục  | Mô tả dịch vụ  | Số lượng | Đơn vị tính |
|----|---|--|----------|-------------|
| 1  | Sửa chữa máy điện tim 6 kênh (01 máy)<br>- Model: ECG 1250<br>- Hãng sản xuất: Nihon kohden | <b>Tình trạng hư hỏng:</b> Máy báo lỗi không nhận giấy, chạy không nhận tín hiệu điện tim, nghi hỏng bộ phụ kiện in nhiệt và bo điều khiển.<br>- Yêu cầu thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận sau:<br>+ Sửa chữa bộ phụ kiện in nhiệt (giấy)<br>+ Sửa chữa bo mạch điều khiển<br>- Đảm bảo sau khi thay thế, sửa chữa, cân chỉnh cài đặt máy hoạt động bình thường, đáp ứng thông số kỹ thuật và yêu cầu chuyên môn. | 01       | Lần         |

- Địa điểm cung cấp, vận chuyển : Mô tả cụ thể tại Bảng 1

**Bảng 1**

| <b>STT</b> | <b>Địa điểm vận chuyển</b>   | <b>Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp</b>  |
|------------|--|---|
| 1          | <b>Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị</b><br>Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị | - Vận chuyển tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.<br>- Bảo hành: $\geq 06$ Tháng |

3. **Dịch vụ kèm theo:** Thay thế hoặc sửa chữa các linh kiện trên, cân chỉnh, bảo hành.

**4. Các thông tin khác:**

- Để đảm bảo việc thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.
- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị ( <https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trương Vĩnh Quý**