

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm một số vật tư, phụ kiện thay thế cho máy giặt, máy hấp, và Hệ thống khí nén, khí hút trung tâm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Hoàng Quốc Hùng– Phòng Vật Tư-TBYT

- SĐT: 0914.231.821 Email: Hungtbyt1970@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvattutbytbvqt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 23 tháng 4 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 06 tháng 5 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà –tỉnh Quảng Trị.

1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06/5/2026

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
I	Van xả máy giặt			
1	Van xả máy giặt	- Loại van thường mở - Điện áp 220V- 240V - Đường kính van $\geq 7,6$ cm	02	Cái
2	Van xả máy giặt	- Loại van thường đóng - Điện áp 220V- 240V - Đường kính van $\geq 7,6$ cm	01	Cái

II	Giảm xóc, lò xo kéo máy giặt			
3	Giảm xóc (Giảm chấn)	- Chiều dài $\geq 45\text{cm}$ - Đường kính: $\geq 5\text{cm}$	08	Cái
4	Lò xo kéo	- Chất liệu thép không rỉ - Kích thước: \geq dày 1cm x rộng 5,2 cm x dài 38 cm	08	Cái
III	Khởi động từ, áp tô mát			
1	Khởi động từ / Contactor	- Loại 3 pha - Điện áp 220V-240V - Dòng điện: $\geq 150\text{A}$ - Xuất xứ: G7	01	Cái
2	Khởi động từ/ Contactor	- Loại 3 pha - Điện áp 24VDC - Dòng điện $\geq 65\text{A}$ - Xuất xứ: G7	04	Cái
3	Khởi động từ/ Contactor	- Loại 3 pha - Điện áp 220V - Dòng điện $\geq 32\text{A}$ - Xuất xứ: G7	04	Cái
4	Áp tô mát	- Loại 3 pha - Điện áp 220V - Dòng điện: $\geq 50\text{A}$ - Xuất xứ: G7	04	Cái

2.Địa điểm cung cấp, vận chuyển : Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm vận chuyển	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị	- Vận chuyển tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. - Bảo hành: ≥ 06 tháng

Các thông tin khác:

- Nhà thầu được phép chào giá từng hạng mục từ I đến III nhưng phải chào giá đầy đủ đối với các mặt hàng trong từng hạng mục.
- Để đảm bảo việc thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.
- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo

giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Vĩnh Quý