

THÔNG BÁO
Về việc mời tham gia thực hiện tư vấn thẩm định giá

Kính gửi: Các Công ty

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thực hiện thẩm định giá hàng hóa với nội dung như sau:

STT	Tên hàng hóa	ĐVT	SL
1	<p>Bóng phát tia Module: STRATON MX P PN: 10141785 Hãng cung cấp: Siemens Xuất xứ: Đức <u>Thông số kỹ thuật:</u> - Công suất danh nghĩa đầu vào của anode tại công suất nhiệt tham chiếu 4,6 kW: + F1 (tiêu điểm UHR nhỏ): 48 k + F2 (tiêu điểm nhỏ): 100 kW Công suất danh nghĩa đầu vào (đối với thời gian tải 1s) bị giới hạn bởi công suất của máy phát của hệ thống CT - Khả năng trữ nhiệt của Anode: 400 000J = (0,5 MHU) - Vật liệu đầu anode: Hợp kim rhenium – tungsten - Điện áp danh nghĩa: 145 kV - Hiệu suất tỏa nhiệt tối đa của anode: >4,8 MJ/min; >6,5 MHU/min - Tần số Anode tối đa: 160 Hz - Hiệu suất tản nhiệt liên tục: 4,6 kW - Góc Anode: 7° - Tiêu điểm danh nghĩa: + F1 (tiêu điểm UHR nhỏ): 0,7 x 0,7 + F2 (tiêu điểm nhỏ) :0,9 x 1,1 - Bộ lọc giảm liều: ≥ 6,8 mm Al / 145 kV - Khối lượng tổ hợp bóng: 38 kg - Mức rò tia ở 145 kV/4,6W với khoảng cách 1 m: < 0,8mGy/h - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ môi trường: Từ 18°C đến 30°C + Độ ẩm trung bình: Từ 20% đến 75% + Áp suất khí quyển: Từ 700hPa đến 1060hPA</p>	Cái	01

Đính kèm 01 báo giá của nhà cung cấp.

Giá hàng hóa đã bao gồm đầy đủ thuế GTGT, các loại chi phí khác như công lắp đặt, cân chỉnh, chạy thử bảo hành và có trả lại phụ tùng hỏng, phụ tùng này chưa bị can thiệp sửa chữa.

Kính đề nghị quý Công ty có đủ năng lực và điều kiện đáp ứng đúng quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan tham gia chào giá hoặc thực hiện tư vấn thẩm định giá thiết bị y tế nêu trên.

Hồ sơ bao gồm: Công văn đề nghị tham gia, Báo giá hoặc biểu phí của Công ty kèm hồ sơ năng lực, xin chuyển đến: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế/ Phòng Tài chính kế toán / Ban giám đốc, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị: 266 Đường Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị (SĐT: 0233 3852 152)

Mọi chi tiết xin liên hệ hoặc gửi email đến:

- Ks Lê Hữu Thành. SĐT: 0914 057 454. Email: lehuuthanh1964@gmail.com
- Ths Nguyễn Thị Lưu Hồng – SĐT: 0914 351 669

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý công ty. *T. Tuấn*

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD;
- VT-TBYT;
- Lưu: VT, TCKT.



GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Tuấn