

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Hóa chất, sinh phẩm y tế khoa Hóa sinh phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp.

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016;

Căn cứ Thông tư số 08/2023/TT-BYT ngày 14/4/2023 của Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

Căn cứ Quyết định số 854/QĐ-BVĐK ngày 16/6/2022 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy trình xây dựng giá gói thầu mua sắm sửa chữa máy móc, thiết bị, vật tư hàng hóa;

Căn cứ dự trù khoa Hóa sinh ngày 14/6/2023.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có kế hoạch mua sắm một số hóa chất sinh phẩm y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, với các thông tin cụ thể như sau:

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Đặc tính/ Thông số kỹ thuật (nếu có)	Số lượng
1	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp.	Test	Sử dụng phù hợp với máy AU 680, AU 480.	1.560

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Đặc tính/ Thông số kỹ thuật (nếu có)	Số lượng
2	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen.	Test	Sử dụng phù hợp với máy AU 680, AU 480.	11.070
3	Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST.	Test	Sử dụng phù hợp với máy AU 680, AU 480.	19.600
4	Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT.	Test	Sử dụng phù hợp với máy AU 680, AU 480.	19.600
5	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride.	Test	Sử dụng phù hợp với máy AU 680, AU 480.	6.000
6	Định lượng CRP.	Test	Sử dụng phù hợp với máy AU 680, AU 480.	1.840
Tổng cộng: 06 khoản				

Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá hóa chất sinh phẩm y tế theo yêu cầu nêu trên.

Thời gian nhận báo giá: Trước 9h00 phút ngày 19 tháng 6 năm 2023.

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về bảng chào giá của đơn vị mình.

Hình thức đăng tải thư mời: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện website: <https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/>

Hình thức nộp báo giá:

1. Nhà thầu gửi bản Email trước theo địa chỉ: pthanhd@gmail.com
2. Đồng thời gửi bản cứng theo địa chỉ sau: Nguyễn Thị Phương Thanh, Khoa Dược, Tầng 1, Khu nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, 266 Hùng Vương, P.Đông Lương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Mọi chi tiết nhà thầu liên hệ: 0941 639 009 (Nguyễn Thị Phương Thanh).

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD (để báo cáo);
- Lưu: VT, K.Dược.



GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Tuấn