

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm tầm nhận ảnh kỹ thuật số (DR) cho máy chụp X-Quang với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Lê Hữu Thành – Trưởng phòng Vật Tư-TBYT

SĐT: 0914.057.454 - Email: lehuuthanh1964@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ Nhận qua Email: pvttbytquangtri@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 11 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 20 tháng 7 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính										
1	Tầm nhận ảnh kỹ thuật số DR	<table><thead><tr><th>I</th><th>THÔNG TIN CHUNG</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</td></tr><tr><td></td><td>Môi trường hoạt động:</td></tr><tr><td></td><td>+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$</td></tr><tr><td></td><td>+ Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$ (Không ngưng tụ)</td></tr></tbody></table>	I	THÔNG TIN CHUNG		Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485		Môi trường hoạt động:		+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$		+ Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$ (Không ngưng tụ)	01	Tầm
I	THÔNG TIN CHUNG													
	Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485													
	Môi trường hoạt động:													
	+ Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$													
	+ Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$ (Không ngưng tụ)													

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<p>II CẤU HÌNH CUNG CẤP</p> <p>Tấm thu nhận ảnh (kèm bộ phận kết nối): 01 tấm</p> <p>Phần mềm xử lý ảnh: 01 bộ</p> <p>Bộ máy tính xử lý ảnh: 01 bộ</p> <p>Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ</p> <p>III ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT</p> <p>1 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số</p> <p>Kích thước ngoài: $\geq 15 \times 17.9$ inch</p> <p>Chất nhạy sáng: CsI hoặc tốt hơn</p> <p>Kích thước vùng nhận ảnh: $\geq 13.5 \times 16.5$ inch</p> <p>Kích thước điểm ảnh: $\leq 175 \mu\text{m}$</p> <p>Mức chuyển đổi số: ≥ 16 bit</p> <p>Khả năng chịu tải bề mặt: ≥ 300 kg</p> <p>Khả năng chịu tải điểm: ≥ 150 kg</p> <p>Kết nối: Có dây</p> <p>Tiêu chuẩn chống nước</p> <p>Tự động nhận diện tia X</p> <p>2 Phần mềm xử lý hình ảnh chuyên dụng (đĩa cài & key bản quyền): 01 bộ</p> <p>Đăng ký thông tin bệnh nhân từ bàn phím hoặc lịch sử thăm khám, danh sách bệnh nhân từ mạng Bệnh viện</p> <p>Chức năng điều chỉnh chia bậc tự động</p> <p>Xử lý độ nét</p> <p>Chức năng cân bằng mật độ cao/ thấp cho phép hiển thị mô mềm và cấu trúc xương mà không làm mất đi chi tiết cấu trúc</p> <p>Xử lý loại bỏ nhiễu</p> <p>Chức năng điều chỉnh mật độ và độ tương phản của ảnh</p> <p>Chức năng phóng to thu nhỏ ảnh</p> <p>Chức năng phóng đại một vùng ảnh</p> <p>Chức năng xoay ảnh</p> <p>Thêm chú thích cho ảnh</p> <p>Chức năng phân tích, đo đạc</p> <p>Lưu trữ ảnh ra CD, DVD.</p>		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		Hỗ trợ chuyên được hình ảnh lên hệ thống Pacs của Bệnh viện.		
		3 Bộ máy tính điều khiển và xử lý ảnh, máy bộ, cấu hình tối thiểu:		
		Màn hình: LCD \geq 21 inch		
		Hệ điều hành: Windows 10 hoặc tương đương .		
		CPU: Intel Core i3 2.93 GHz hoặc tương đương		
		Bộ nhớ: \geq 4 GB		
		Ổ cứng: \geq 1 TB		
		Phần mềm in ảnh cho máy in phim,		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà -Quảng Trị	- Linh phụ kiện mới 100%. - Yêu cầu kỹ sư lắp đặt đã được đào tạo của Hãng sản xuất. - Bảo hành: \geq 12 tháng tính từ ngày nghiệm thu.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng mua bán có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

➤ Điều khoản tạm ứng (Nếu có):

- Số tiền tạm ứng: tối đa không quá 30% giá gói thầu

- Chứng từ để tạm ứng: Hợp đồng, giấy đề nghị tạm ứng, Thư bảo lãnh tạm ứng của

Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

- Phương thức tạm ứng: Phương thức tạm ứng

+ Hình thức tạm ứng: chuyển khoản

+ Số lần tạm ứng: 01 lần

+ Thời hạn tạm ứng: trong vòng 30 ngày kể từ Chủ đầu tư nhận đầy đủ các chứng từ để tạm ứng.

➤ Điều khoản thanh toán:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
- Số lần thanh toán: 02 lần (bao gồm cả lần tạm ứng).
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ khi Chủ đầu tư nhận đủ hàng hóa cùng các chứng từ liên quan theo quy định.

5. Các thông tin khác (nếu có).


- Đơn vị báo giá cung cấp giấy ủy quyền bán hàng của Nhà sản xuất hoặc Chủ sở hữu (nếu có).

Ghi chú: Đơn vị báo giá đúng theo mẫu báo giá - thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Bộ Y Tế ban hành.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa CDHA
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT;

**GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Xuân Nam