

Quảng Trị, ngày 10 tháng 5 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 – Nghị định 24/2024/ ND-CP cho việc mua sắm **Hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner ≥ 32 lát cắt/vòng quay** với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Lê Hữu Thành – Trưởng phòng Vật Tư-TBYT

SĐT: 0914.057.454

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ **Nhận qua Email: phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn**

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 22 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về cấu hình, phần mềm	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
1	Hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Scanner ≥ 32 lát cắt/vòng quay	<b>➤ Yêu cầu về cấu hình tối thiểu:</b> <b>- Máy chính:</b> + Khoang máy (Gantry): 01 bộ + Hệ thống đầu thu (Detector): 01 bộ + Bộ phát cao thế: 01 bộ	01	Hệ thống

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về cấu hình, phần mềm	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<p>+ Bóng phát tia: 01 cái</p> <p>+ Bàn bệnh nhân: 01 cái</p> <p>+ Màn hình điều khiển, xử lý chụp: 01 cái</p> <p>- <b>Phụ kiện đi kèm của máy chụp cắt lớp</b></p> <p><b>vi tính:</b></p> <p>+ Hệ thống đàm thoại giữa người chụp với bệnh nhân: 01 bộ</p> <p>+ Phụ kiện định vị bệnh nhân: 01 bộ</p> <p>+ Phantom và bộ gá để chuẩn máy: 01 bộ</p> <p>+ Trạm điều khiển, tái tạo, xử lý hình ảnh: 01 bộ</p> <p>- <b>Các thiết bị và phụ kiện khác:</b></p> <p>+ Máy tính, máy in đen trắng: 01 bộ</p> <p>+ Máy tiêm thuốc cản quang 1 nòng: 01 máy</p> <p>+ Máy in phim khô: 01 máy</p> <p>+ Bộ lưu điện online cho hệ thống máy tính, công suất <math>\geq 3kVA</math>: 01 bộ</p> <p>+ Áo chì: 02 bộ</p> <p>+ Bàn, ghế cho phòng điều khiển: 01 bộ</p> <p>+ Camera và màn hình theo dõi bệnh nhân: 01 bộ</p> <p>+ Đèn cảnh báo phát tia: 01 Cái</p> <p>- <b>Các phần mềm, chức năng tối thiểu kèm theo:</b></p> <p>+ Phần mềm, chức năng: Đo đạc, xử lý, hiển thị, phân tích hình ảnh 2D, 3D.</p> <p>+ Phần mềm, chức năng tái tạo lập giúp giảm liều tia cho bệnh nhân, giảm nhiễu ảnh hoặc tương đương.</p>		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về cấu hình, phần mềm	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Phần mềm, chức năng điều biến liều tia theo kích thước của các vùng chụp khác nhau hoặc tương đương.</li> <li>+ Phần mềm, chức năng chụp cho trẻ em hoặc tương đương.</li> <li>+ Phần mềm, chức năng báo cáo liều tia hoặc tương đương.</li> <li>+ Phần mềm, chức năng xóa xương hoặc tương đương.</li> <li>+ Phần mềm, chức năng phân tích mạch máu hoặc tương đương.</li> <li>+ Phần mềm, chức năng giảm nhiễu ảnh do kim loại hoặc tương đương.</li> <li>+ Phần mềm, chức năng nội soi ảo hoặc tương đương.</li> <li>+ Phần mềm, chức năng chẩn đoán hồng và sửa máy từ xa.</li> <li>+ Phần mềm DICOM đầy đủ kết nối hệ thống HIS, RIS, PACS, kết nối hai chiều.</li> <li>+ Phần mềm, chức năng hỗ trợ chụp ngấm thuốc cản quang hoặc tương đương.</li> </ul>		

2. Địa điểm cung cấp, xuất xứ, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo hành, bảo trì thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng 1.

**Bảng 1**

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về xuất xứ, vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo hành, bảo trì thiết bị
1	<b>Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị</b> Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- <b>Xuất xứ Máy chính:</b> G7, Liên minh Châu Âu (EU).

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về xuất xứ, vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo hành, bảo trì thiết bị
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dịch vụ kèm theo: Vận chuyển, lắp đặt, HDSD, chạy thử, bảo hành, bảo trì.</li> <li>- Tình trạng thiết bị: Năm sản xuất 2023 trở về sau, mới 100%.</li> <li>- Thời gian bảo hành: <math>\geq</math> 12 tháng.</li> <li>- Bảo trì trong thời gian bảo hành: <math>\geq</math> 03 tháng/lần.</li> <li>- Thời gian xử lý sự cố: <math>\leq</math> 36 giờ.</li> </ul>

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

**Lưu ý:**

- Báo giá đầy đủ cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

- Sau khi gửi báo giá file mềm đến email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật Tư-TBYT\_Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Khoa: CĐHA;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT;

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trương Vĩnh Quý**