

Quảng Trị, ngày 10 tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 – Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho việc mua sắm **Hệ thống tạo nước RO cho máy thận nhân tạo, công suất nước RO \geq 2000 L/h** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Lê Hữu Thành – Trưởng phòng Vật Tư-TBYT

SĐT: 0914.057.454

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ **Nhận qua Email: phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn**

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 21 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về cấu hình	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
1	Hệ thống tạo nước RO cho máy thận nhân tạo, công suất nước RO \geq 2000 L/h	- Bộ tiền xử lý nước: 01 bộ, bao gồm: + Bơm tăng áp nước nguồn cấp vào bộ tiền xử lý: 01 bộ (02 cái). + Bộ lọc thô: 01 bộ + Bộ lọc chứa than hoạt tính: 01 bộ (02 cái). + Bộ làm mềm nước: 01 bộ (02 cái).	01	Hệ thống

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về cấu hình	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> + Bộ lọc tinh loại 1 µm và 5 µm: 01 bộ (02 cái). - Máy sản xuất nước RO: 01 Cái - Thiết bị khử trùng nhiệt, công suất ≥ 120l/h: 01 Cái - Thiết bị đi kèm: + Phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh cho bộ tiền xử lý nước: 01 bộ + Bồn chứa nước đầu nguồn kèm phụ kiện ≥ 2.000 lít: 01 cái. + Vật tư, Phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống nước cấp RO và thải cho 35 máy thận. + Số vòng tuần hoàn cấp nước: 02 vòng 		

2. Địa điểm cung cấp, xuất xứ, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo hành, bảo trì thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng 1.

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về xuất xứ, vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo hành, bảo trì thiết bị
1	<p>Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Xuất xứ Máy sản xuất nước RO và Thiết bị khử trùng nhiệt: G7, Liên minh Châu Âu (EU). - Dịch vụ kèm theo: Vận chuyển, lắp đặt, HDSD, chạy thử, bảo hành, bảo trì. - Tình trạng thiết bị: Năm sản xuất 2023 trở về sau, mới 100%. - Thời gian bảo hành: ≥ 24 tháng. - Bảo trì trong thời gian bảo hành: ≥ 03 tháng/lần. - Thời gian xử lý sự cố: ≤ 36 giờ.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

4. Các yêu cầu khác:

- Yêu cầu về pháp lý: Có số lưu hành do Bộ y tế Việt Nam cấp đối với các thiết bị: Bộ tiền xử lý nước, Máy sản xuất nước RO, Thiết bị khử trùng nhiệt.

- Chất lượng nước RO đầu ra đạt các tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn vi sinh và nội độc tố theo ANSI/AAMI, Đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3 (ISO13959: 2014) hoặc tương đương, dùng cho việc điều trị lọc máu nhân tạo.

- Xét nghiệm nước RO lần đầu ngay sau lắp đặt máy.

Lưu ý:

- Báo giá đầy đủ cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

- Sau khi gửi báo giá file mềm đến email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật Tư-TBYT_Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa: Nội TNT-TN;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT;

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Vĩnh Quý