

Quảng Trị, ngày 20 tháng 06 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 16 - Nghị định 24/2024/NĐ-CP cho gói thầu mua vật tư sử dụng cho nội soi can thiệp lấy sỏi ống mật chủ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Quốc Hùng – Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 20 tháng 06 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 29 tháng 06 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư :

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bóng nong đường mật	- Đường kính bóng các kích cỡ từ 12 – 15mm; chiều dài bóng \geq 5.5cm, kênh làm việc 2.8mm – 3.2mm - Đường kính ống thông Catheter 7.5Fr, chiều dài từ 180 – 240cm - Tương thích với dây dẫn hướng 0.035 inch	02	Cái
2	Bóng kéo sỏi	- Đường kính bóng các cỡ từ 10 – 15mm tương ứng với áp lực bơm. Thiết kế 3 kênh, có kênh hỗ trợ dây dẫn hướng. - Đường kính ống thông: 6Fr – 7Fr, chiều dài kênh \geq 200cm tương thích dây dẫn 0.035 inch.	06	Cái

3	Stent nhựa thẳng	- Stent nhựa đường mật cỡ 10Fr, chiều dài stent: $\geq 7\text{cm}$	02	Cái
4	Stent nhựa thẳng	- Stent nhựa đường mật cỡ 10Fr, chiều dài stent: $\geq 9\text{cm}$	03	Cái
5	Rọ kéo sỏi 4 dây	- Đường kính độ mở rọ $\geq 15\text{mm}$. - Rọ lấy sỏi hình lục giác 4 dây tự xoay khi rút - Chiều dài dây $\geq 200\text{cm}$, chiều dài rọ $\geq 40\text{mm}$.	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển vật tư y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- Vận chuyển cung cấp hàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. - Hàng mới 100%

3. Các thông tin khác (nếu có).

Để đảm bảo việc mua vật tư thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.

Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>)

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Vĩnh Quý