

Số: /TM-BVĐK

Quảng Trị, ngày 19 tháng 7 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ (Gói vật tư y tế trong lĩnh vực ngoại khoa bổ sung)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị
- Địa chỉ: 266 Hùng Vương, Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Thị Minh Thuận, số điện thoại: 0913.411.151
- Email: minhthuan5012@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Cách tiếp nhận báo giá: Qua đường công văn
- Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: 266 Hùng Vương, P.Đông Lương, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Gửi kèm file báo giá bản pdf và excel về địa chỉ email: minhthuan5012@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ ngày 19 tháng 7 năm 2024 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 7 năm 2024.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: *theo danh mục đính kèm*

Tuỳ chọn mua thêm tối đa là: 30% theo số lượng từng mặt hàng

2. Địa điểm giao hàng: Tầng 1 - Khu nhà G - Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 5-7 ngày sau khi nhận được dự trù.

4. Công ty cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

5. Các yêu cầu khác:

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh yêu cầu kỹ thuật theo thư mời báo giá.

Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên.

Thư mời chào giá được đăng tải trên website của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) hoặc (<https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, K.Dược.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Văn Lâm

Công ty:.....
Địa chỉ :.....
Điện thoại :.....
Mã số thuế:.....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, chúng tôi Công ty..... báo giá cho các hàng hoá như sau:

STT	Tên hàng hóa mời báo giá	Tên hàng hóa báo giá	Mã sản phẩm (nếu có)	Đơn vị tính	Quy cách	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng và nước sản xuất	Hãng và nước chủ sở hữu	Năm sản xuất	Chất lượng sản phẩm	Số lượng	Đơn giá (gồm thuế VAT) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
Tổng cộng:			khoản										

(Gửi kèm tài liệu chứng minh về yêu cầu kỹ thuật, bản tiếng nước ngoài và bản dịch theo thư mời báo giá)

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 150 ngày, kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2024

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật Đấu thầu. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

....., ngày...tháng....năm...

Đại diện hợp pháp của công ty

(ký tên, đóng dấu (nếu có))

**DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ DÙNG TRONG LĨNH VỰC
NGOẠI KHOA BỔ SUNG NĂM 2024**

(Đính kèm thư mời báo giá số: /TM-BVĐK ngày tháng 7 năm 2024)

STT	Tên hàng hoá	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ định nội tủy xương đùi dài Titanium đa phương diện trái, phải các cỡ			
1.1	Đinh nội tủy xương đùi dài trái, phải các cỡ	- Chất liệu hợp kim Titanium - Đường kính đầu $\geq 13\text{mm}$; đường kính thân $\geq 9.5\text{mm}$; chiều dài $\geq 320\text{mm}$.	Cái	30
1.2	Vít tái tạo đinh nội tủy xương đùi (vít chốt cổ xương đùi)	Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính 6.3mm; chiều dài trong khoảng từ 65mm đến 125mm.	Cái	20
1.3	Vít chốt khóa đinh nội tủy các cỡ	Chất liệu hợp kim Titanium. Đường kính 4.5mm/5.0mm. Chiều dài trong khoảng từ 26mm đến 100mm.	Cái	60
2	Bộ nẹp vít bàn ngón			
2.1	Nẹp bàn ngón	Nẹp có trong khoảng từ 3 lỗ đến 10 lỗ.	Cái	100
2.2	Vít bàn ngón dài các cỡ	Đường kính 1.5mm, chiều dài trong khoảng từ 6mm đến 20mm.	Cái	400
3	Bộ định nội tủy xương đùi ngắn trái, phải, các cỡ			
3.1	Đinh nội tủy xương đùi ngắn trái, phải, dài các cỡ	- Chất liệu Titanium - Đường kính thân trong khoảng từ 9.3mm đến 13mm, chiều dài trong khoảng từ 150mm đến 270mm.	Cái	40
3.2	Vít chốt cổ xương đùi ngắn	- Chất liệu Titanium - Đường kính thân $\geq 10.3\text{mm}$ - Chiều dài có các cỡ trong khoảng 70mm đến 120mm.	Cái	40
3.3	Vít khóa đinh nội tủy	- Chất liệu Titanium - Đường kính thân 4.5mm/ 5,0mm. - Chiều dài có các cỡ trong khoảng 26mm đến 90mm.	Cái	40
4	Bộ dẫn lưu não thất ổ bụng			
4.1	Que luồn dưới da	- Vật liệu thép, chiều dài $\geq 60\text{cm}$ với đường kính trong $\geq 3.3\text{mm}$ đường kính ngoài $\geq 4.8\text{mm}$.	Cái	5

STT	Tên hàng hoá	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
4.2	Dẫn lưu não thất-ổ bụng kèm khoang Delta	-Công kết nối với catheter, khoang chứa dịch, van áp lực cố định. - Catheter ổ bụng dài ≥ 90 cm, đường kính trong ≥ 1.3 mm, đường kính ngoài ≥ 2.5 mm.	Bộ	5
5	Sản phẩm sinh học thay thế xương	Dạng sợi. Dung tích ≥ 1 cc. Tiệt trùng sẵn.	Cái	10
6	Túi chứa dịch thải bằng phương pháp hút áp lực âm	Tấm đỡ bằng polyethylene, kèm dây nối hút dịch, kẹp đường ống. Khử trùng bằng khí EO.	Cái	200
7	Cement hóa học	Thành phần có PMMA(polymethylmethacrylate)	Hộp/Gói	25
8	Khung cố định ngoài cẳng chân	Bộ khung gồm trong khoảng từ 4 đinh đến 8 đinh.	Bộ	25
9	Khung cố định ngoài cẳng tay	Bộ khung gồm trong khoảng từ 4 đinh đến 8 đinh.	Bộ	10
10	Khung cố định ngoài chữ T	Bộ khung gồm trong khoảng từ 4 đinh đến 8 đinh.	Bộ	15
11	Khung cố định ngoài gần khớp	Bộ khung gồm trong khoảng từ 4 đinh đến 8 đinh.	Bộ	15
12	Khung cố định ngoài khung chậu	Bộ khung gồm trong khoảng từ 4 đinh đến 8 đinh.	Bộ	10
13	Khớp háng bán phần không xi măng chuỗi dài	1.Cuống khớp: Chất liệu hợp kim Titanium. Chiều dài chuỗi từ 140mm đến 240 mm. 2.Chỏm (đầu) xương đùi: chất liệu Cobalt-chrome (CoCr), đường kính trong khoảng từ 22mm đến 36 mm. 3.Vỏ chỏm (đầu lưỡng cực): kích cỡ trong khoảng từ 36 mm đến 66 mm. 4. Lót đệm (lót) đầu chỏm Polyethylene	Bộ	2

STT	Tên hàng hoá	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
14	Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài	<p>1. Cuồng khớp (chuôi): chất liệu hợp kim Titanium. Chiều dài chuôi trong khoảng từ 140 mm đến 200 mm.</p> <p>2. Chỏm xương đùi: chất liệu Cobalt-chrome (CoCr), đường kính trong khoảng từ 22mm đến 36 mm.</p> <p>3. Ổ cối: Chất liệu: Hợp kim chứa Titanium có phủ Titanium. Kích cỡ trong khoảng từ 42mm đến 70 mm.</p> <p>4. Lót đệm (lót) ổ cối: Chất liệu Polyethylene.</p> <p>5. Vít ổ cối: hợp kim chứa Titanium.</p>	Bộ	2
15	Dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài kèm catheter dẫn lưu não thất	<ul style="list-style-type: none"> - Có cổng tiêm hoặc cổng lấy mẫu. - Thang đo áp lực dòng chảy - Có 1 buồng hoặc bình nhỏ giọt 50ml - Có van chống trào ngược, vent lọc khí. - Kèm theo 1 Catheter não thất dài \geq 35cm, đường kính ngoài trong khoảng 2.8mm-3.3mm, đường kính trong trong khoảng từ 1.5mm-1.9mm. 	Bộ	50
16	Dẫn lưu thất lưng ra ngoài	<ul style="list-style-type: none"> - Catheter dài \geq80 cm - Kim 14G - Kim 20G - Túi chứa dịch 700 ml 	Bộ	10
17	Nẹp Titanium mini	Dùng vít đường kính 2.0mm, nẹp có từ 4 lỗ đến 6 lỗ.	Cái	520
18	Chỉ thép phẫu thuật	Chỉ thép không gỉ, dài 75cm, cong 1/2c.	Cuộn	2
19	Lưới vá sàn hốc mắt (miếng vá khuyết xương)	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước 100x120mm; - Độ dày \leq 0.6mm; - Chất liệu Titanium. 	Cái	5
20	Vít sọ não các cỡ	<ul style="list-style-type: none"> - Đường kính 2.0mm - Chiều dài trong khoảng từ 4mm đến 12mm - Chất liệu Titanium. 	Cái	5

Tổng 20 phần (26 mặt hàng)

Số lượng trên chưa bao gồm tùy chọn mua thêm;

Tùy chọn mua thêm tối đa là: 30% theo số lượng từng mặt hàng.