

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 16 - Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho gói thầu mua vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Hoàng Quốc Hùng – Phòng Vật Tư-TBYT  
SĐT: 0914.231.821
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: **phongvttb.bvdk@quangtri.gov.vn**
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 02 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

**Lưu ý:** Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

### I. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư, thiết bị :

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ dây thở cho máy thở HFNC	- Sử dụng được cho máy HFNC - Cấu hình bao gồm : Bộ dây, Bình làm ấm, Gọng mũi	Bộ	20
2	Bộ dây thở cho máy thở	- Loại dùng nhiều lần. - Cấu hình bao gồm : + Đoạn dây thở bằng Silicon dài $\geq$ 60cm: 04 đoạn + Đoạn dây thở bằng Silicon dài $\geq$ 45cm: 01 đoạn + Bẫy nước: 02 cái + Cút chữ Y: 01 cái	Bộ	02

3	Bộ dụng cụ tán sỏi qua da	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại : Bộ nong tán sỏi có vỏ que nong vừa tán vừa hút</li> <li>- Cấu hình bao gồm : <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Giá đỡ vừa tán vừa hút, size 18Fr x <math>\geq</math> 13cm: 01 cái</li> <li>+ Nong thận: các size 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr: Tổng 06 cái</li> <li>+ Kim chọc dò 18G/x <math>\geq</math> 23cm: 01 cái</li> <li>+Guide wire: 0.032", dài <math>\geq</math> 75cm, tip đầu cong J: 01 cái</li> </ul> </li> </ul>	Bộ	07
4	Bơm tiêm cân quang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng được cho Máy bơm tiêm cân quang – Model: Salient (DC009DW).</li> <li>- Được tiệt khuẩn .</li> <li>- Thể tích: <math>\geq</math> 190ml, Áp lực <math>\geq</math> 300PSI.</li> </ul>	Cái	20
5	Dây tán sỏi Laser cỡ 550 $\mu$ m	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại dùng nhiều lần</li> <li>- Chiều dài của dây khoảng 3m, bán kính cong tối thiểu của dây 60mm</li> <li>- Bước sóng từ 800-2100 nm</li> <li>- Công suất tán tối đa <math>\geq</math> 1500 W</li> <li>- Sử dụng thương thích với máy tán sỏi Laser: Model: Multiplusr Hoplus/Asclepion Laser Technolohies.</li> </ul>	Cái	02
6	Dây tán sỏi Laser cỡ 800 $\mu$ m	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại dùng nhiều lần</li> <li>- Chiều dài của dây khoảng 3m, bán kính cong tối thiểu của dây 88mm</li> <li>- Cỡ 800<math>\mu</math>m</li> <li>- Bước sóng từ 800 - 2100 nm</li> <li>- Công suất sử dụng <math>\geq</math> 3200 W</li> <li>- Sử dụng thương thích được với máy tán sỏi lazer: Model: Multiplusr Hoplus/ Asclepion Laser Technolohies</li> </ul>	Cái	01
7	Điện cực cắt đốt lưỡng cực hình vòng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng với vỏ đặt cỡ 24/26Fr</li> <li>- Dùng được cho dao mổ điện cao tần</li> <li>Model: UH400/ Karl Storz</li> </ul>	Cái	15
8	Dây dẫn đường dùng trong niệu quản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Nitinol, hợp kim siêu đàn hồi ( hoặc tương đương)</li> <li>- Đường kính 0.035", dài <math>\geq</math>150 cm</li> </ul>	Cái	06
9	Dây dẫn đường dùng trong niệu quản (Dùng dẫn đường và đặt Sonde JJ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chất liệu: Nitinol mềm hình dạng vàng xoắn chịu nước (hoặc tương đương), có dấu hiệu nhận biết riêng.</li> <li>- Đường kính: 0.035", dài <math>\geq</math> 150 cm</li> </ul>	Cái	20
10	Lưỡi bào cong sau (Hummer )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưỡi cong 40 độ</li> <li>- Cửa cắt răng cưa đôi</li> <li>- Hướng ra trước</li> <li>- Đường kính 4mm</li> </ul>	Cái	07

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiều dài trong khoảng 12</li> <li>- Sử dụng được cho máy bào xoang qua nội soi Model: UNIDRIVER III ENT.</li> </ul>		
11	Mặt nạ thanh quản (I-GEL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được vô trùng</li> <li>- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong</li> <li>- Size 1 :</li> </ul>	Cái	02
12	Mặt nạ thanh quản (I-GEL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được vô trùng</li> <li>- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong</li> <li>- Size 1.5</li> </ul>	Cái	03
13	Mặt nạ thanh quản (I-GEL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được vô trùng</li> <li>- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong</li> <li>- Size 2</li> </ul>	Cái	05
14	Mặt nạ thanh quản (I-GEL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được vô trùng</li> <li>- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong</li> <li>- Size 2.5</li> </ul>	Cái	02
15	Mặt nạ thanh quản (I-GEL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được vô trùng</li> <li>- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong</li> <li>- Size 3</li> </ul>	Cái	05
16	Mặt nạ thanh quản (I-GEL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản phẩm được vô trùng</li> <li>- Có nòng thứ 2 thiết kế bên trong</li> <li>- Size 4</li> </ul>	Cái	03
17	Ống NKQ 2 nòng LEFT các cỡ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm từ nguyên liệu PVC nhạy nhiệt, phủ silicone (hoặc tương đương). Không latex, không phthalate.</li> <li>- 02 bóng mềm mịn áp lực thấp, thể tích (ĐK bóng <math>\geq 18\text{mm}</math> và <math>\geq 25\text{mm}</math>)</li> <li>- Đường cảnh quang chạy dọc theo thân ống, hai đường ống phân biệt rõ ràng, vạch đánh dấu chia độ</li> <li>- Stylet phủ nhựa plastic (hoặc tương đương)</li> <li>- Bộ bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ống nội phế quản trái</li> <li>+ Co nối Y</li> <li>+ Kẹp</li> <li>+ 4 dây hút đàm có van kiểm soát.</li> </ul> </li> </ul>	Cái	10
18	Rọ lấy sỏi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường kính: 3.0Fr. Dài <math>\geq 90</math> cm</li> <li>- Độ mở rọ: 16-20mm</li> <li>- Chất liệu Polyimide dẻo (hoặc tương đương), chịu nhiệt.</li> <li>- Dây kéo thả được nhiều lần.</li> </ul>	Cái	10
19	Tay dao mổ điện	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rắc cắm 3 chân</li> <li>- Độ dài dây <math>\geq 3\text{m}</math></li> </ul>	Cái	200
20	Giấy in nhiệt (152mm x 150mm)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại in nhiệt</li> <li>- Kích thước: 152mm x 150mm x <math>\geq 200</math> tờ</li> </ul>	Xấp	150

21	Giấy in nhiệt (145mm x 100mm)	- Loại in nhiệt - Kích thước: 145mm x 100mm x ≥ 150 tờ	Xấp	100
22	Tay dao hàn mạch mô mỡ	- Đường kính: ≥ 5mm - Chiều dài: ≥ 17cm - Sử dụng được cho Dao đốt lưỡng cực hàn mạch, Model: GN200/ Aesculap AG	Cái	01
23	Tay dao hàn mạch mô nội soi	- Đường kính: ≥ 5mm - Chiều dài: ≥ 36cm - Sử dụng được cho Dao đốt lưỡng cực hàn mạch, Model: GN200/Aesculap AG	Cái	03
24	Lưu lượng kế ô xy	- Chuẩn BS - Áp lực đầu vào tối đa ≥ 5 bar - Lưu lượng: 0-15 lít / phút - Bình làm ấm có dung tích ≥ 135ml	Bộ	10

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt cụ thể tại Bảng 1

**Bảng 1**

STT	Địa điểm cung cấp, lắp đặt	Yêu cầu về vận chuyển, lắp đặt
1	<b>Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị</b> Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- Vận chuyển, lắp đặt tại Bệnh viện tỉnh - Hàng mới 100%

3. Các thông tin khác (nếu có).

4. Để đảm bảo việc mua sắm và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.

Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn>)

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trương Vĩnh Quý**

