

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 16 - Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho gói thầu mua bình ắc quy và Card bypass của tủ UPS với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Quốc Hùng – Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: [phongvttb.bvdk@quangtri.gov.vn](mailto:phongvttb.bvdk@quangtri.gov.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 09 tháng 08 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 18 tháng 08 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

**Lưu ý:** Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư :

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Ắc quy dùng cho UPS	- Loại bình: 12V/100Ah,; ắc quy khô dùng cho UPS - Kích thước : Phù hợp để lắp đặt 33 bình vào tủ đựng bình ắc quy có kích thước ( DxRxC) 1.3m x 0.8m x 1.3m. - Bao gồm nhân công thay thế, kết nối và hiệu chỉnh cho hệ thống tủ UPS hiệu Riello – Model: UPS MPT 120 6P	33	Bình
2	Ắc quy dùng cho UPS	- Loại bình: 12V/150Ah,; ắc quy khô dùng cho UPS - Kích thước: Phù hợp để lắp đặt 40 bình vào tủ đựng bình ắc quy có kích thước: ( DxRxC) 0.8m x 0.8m x 1.3m. - Bao gồm công thay thế, lắp đặt cho hệ thống tủ UPS 160KVA Hãng EATON	40	Bình

3	Card bypass của tủ UPS	Dùng được cho tủ UPS 160KVA của Hãng EATON	01	Cái
---	------------------------	--	----	-----

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, bảo hành: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

**Bảng 1**

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển, lắp đặt
1	<b>Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị</b> Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- Vận chuyển, lắp đặt tại đơn nguyên DSA, và khoa CDHA Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. - Hàng mới 100% - Bảo hành: $\geq$ 12 tháng

3. Các thông tin khác (nếu có).

Để đảm bảo việc thuê thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.

Lưu ý : Card bypass của tủ UPS nhà thầu thường có thể chào giá sửa chữa, nhưng phải đảm bảo sau khi sửa xong thiết bị UPS 160KVA của Hãng EATON hoạt động bình thường.

Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.>)

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT;

**KT. GIÁM ĐỐC**  
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trương Vĩnh Quý**