

Quảng Trị, ngày 12 tháng 11 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 – Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho việc mua sắm **Ống (dây) nội soi dạ dày video** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Lê Hữu Thành – Trưởng phòng Vật Tư-TBYT

SĐT: 0914.057.454

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ **Nhận qua Email: phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn**

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12 tháng 11 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 21 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục, yêu cầu cấu hình, thông số kỹ thuật và điều kiện hoạt động của trang thiết bị yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính	
1	Ống (dây) nội soi dạ dày video	a. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:		01	Cái
		Hạng mục	Yêu cầu		
		1. Cấu hình bao gồm:			
	Ống soi mềm (ống chính)	01 Cái			

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật		Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<i>Bộ phụ kiện bao gồm:</i>			
		Hộp đựng ống nội soi	01 Cái		
		Nhựa ngáng miệng	01 Cái		
		Van khí nước	01 Cái		
		Van hút	01 Cái		
		Nắp van sinh thiết	10 cái		
		Chổi rửa kênh	01 Cái		
		Chổi rửa van	01 Cái		
		Bộ rửa ống soi	01 Bộ		
		Tài liệu hướng dẫn sử dụng (bản tiếng anh + tiếng việt)	01 Cuốn		
		2. Thông số kỹ thuật:			
		Chip thu nhận ảnh trên ống soi	Có		
		Chức năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm	Có		
		Chức năng tiêu điểm kép (Dual focus)	Có		
		Hướng quan sát	Nhìn thẳng (0 độ)		
		Độ sâu trường (Vùng quan sát)	Nhỏ nhất $\leq 2\text{mm}$		
			Lớn nhất $\geq 100\text{mm}$		
		Trường nhìn	≥ 140 độ		
		Đường kính ngoài	≤ 10 mm.		
		Đường kính kênh sinh thiết	$\geq 2.8\text{mm}$.		
		Khả năng uốn cong tối đa:	Phân lên ≥ 210 độ		
			Phân xuống ≥ 90 độ		
			Bên phải ≥ 100 độ		
			Bên trái ≥ 100 độ		
		Chiều dài làm việc	$\geq 1.000\text{mm}$		
		b. Điều kiện hoạt động: Ống (dây) nội soi lắp đặt phù hợp với một trong hai hệ thống nội soi có Model:			
		+ Visera Elite - Bộ xử lý hình ảnh OTV-S190: Olympus;			
		+ Exera III - Bộ xử lý hình ảnh CV-190: Olympus;			

2. Địa điểm cung cấp, xuất xứ, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo hành, thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng 1.

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về xuất xứ, vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo hành, thiết bị
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- Dịch vụ kèm theo: Vận chuyển, lắp đặt, HDSD, chạy thử, bảo hành. - Bảo hành: ≥ 12 tháng tính từ ngày nghiệm thu. - Mới 100%, sản xuất: 2023~2025.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Lưu ý:

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

- Báo giá ghi rõ thời gian bảo hành, thuế VAT và các dịch vụ liên quan kèm theo (nếu có).

- Sau khi gửi báo giá file mềm đến email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật Tư-TBYT_Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa: TDCN;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT;

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Vĩnh Quý