

Quảng Trị, ngày 13 tháng 11 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 16 - Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho gói thầu mua bộ kit tách huyết tương giàu tiểu cầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Quốc Hùng – Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: **phongvtb.bvdk@quangtri.gov.vn**

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 13 tháng 11 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 22 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

Lưu ý:

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

- Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, trang thiết bị y tế :

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ Kit tách huyết tương giàu tiểu cầu	- Có 3 khoang khép kín, độc lập, riêng biệt, có 02 khóa chốt, 02 nắp khoang - Có điểm bơm máu và thông khí riêng biệt - Có vạch đo thể tích trên thân kit tại khoang chứa PRP ở mức 2 ml, 4ml - điều chỉnh được mật độ PRP từ 1cc đến ≥ 4 cc. Điều chỉnh bằng ren vặn.	Bộ	08

		<ul style="list-style-type: none"> - Dung tích khoang chứa máu ≥ 30 ml - Kit được đóng gói trong túi vô khuẩn. - Có lớp màng phủ kín mặt khoang PRP đảm bảo vô khuẩn trong quá trình chiết tách 		
2	Bộ Kit tách huyết tương giàu tiểu cầu	<ul style="list-style-type: none"> - Có 3 khoang khép kín, độc lập riêng biệt, có 02 khóa chốt, 02 nắp khoang - Có điểm bơm máu và thông khí riêng biệt - Có vạch đo thể tích trên thân kit tại khoang chứa PRP ở mức 2 ml, 4ml - điều chỉnh được mật độ PRP từ 1cc đến ≥ 4cc. Điều chỉnh bằng ren vặn. - Dung tích khoang chứa máu ≥ 15 ml - Kit được đóng gói trong túi vô khuẩn. - Có lớp màng phủ kín mặt khoang PRP đảm bảo vô khuẩn trong quá trình chiết tách 	Bộ	05

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp, vận chuyển	Yêu cầu về vận chuyển, lắp đặt
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	<ul style="list-style-type: none"> - Vận chuyển, lắp đặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. - Hàng mới 100%

3. Các thông tin khác (nếu có).

Để đảm bảo việc mua vật tư và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.

Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>)

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT;

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Vĩnh Quý

