

Quảng Trị, ngày 25 tháng 11 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 – Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho việc mua sắm **Đèn phẫu thuật treo trần, bàn phẫu thuật điều chỉnh bằng điện** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Quốc Hùng – phòng Vật Tư-TBYT

SĐT: 0914.231.821

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ **Nhận qua Email: phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn**

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 26 tháng 11 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 05 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư trang thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về cấu hình, phần mềm	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
1	Đèn phẫu thuật treo trần	+ Cấu hình: - Đèn phẫu thuật: 01 cái - Cánh tay treo đèn nâng hạ và xoay 360°: 01 cái - Mâm gắn cố định trần: 01 cái + Thông số kỹ thuật: - Đèn mổ treo trần 1 nhánh, sử dụng công nghệ LED. - Điện áp: 220VAC, 50Hz.	01	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về cấu hình, phần mềm	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		- Cường độ sáng tối đa: ≥ 180.000 LUX - Đường kính mặt đèn ≥ 600 mm		
	Bàn phẫu thuật điều chỉnh bằng điện	+ Cấu hình: - Bàn phẫu thuật: 01 cái - Đỡ đầu: 01 cái - Bảng điều khiển : 01 cái - Đỡ tay: 01 bộ - Bộ gác chân tư thế sản khoa: 01 bộ - Khung gậy mê: 01 cái + Thông số kỹ thuật: - Kích thước; + Chiều dài: ≥ 2000 mm + Chiều rộng: ≥ 500 mm + Chiều cao có thể chỉnh - Có các chức năng: - Điều khiển bằng điện các chức năng: Nâng hạ toàn bàn; Nâng hạ phần lưng; Nghiêng bên trái, phải; Nghiêng trước, sau.	Cái	02

2. Địa điểm cung cấp, xuất xứ, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo hành, thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng 1.

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về xuất xứ, vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo hành, bảo trì thiết bị
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- Dịch vụ kèm theo: Vận chuyển, lắp đặt, HDSD, chạy thử, bảo hành. - Tình trạng thiết bị: Năm sản xuất 2023 trở về sau, mới 100%. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Lưu ý:

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

- Sau khi gửi báo giá file mềm đến email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật Tư-TBYT_Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên công thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa: PTGM-HS;
- Lưu: VT, TCKT, VT-TBYT;

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Vĩnh Quý