

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 16 - Nghị định 24/2024/ND-CP cho gói thầu mua vật tư linh phụ kiện cho máy sấy, máy hấp và lò nung nhựa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đồng Hà – Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Hoàng Quốc Hùng – Phòng Vật Tư-TBYT. SĐT: 0914.231.821
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvttb.bvdk@quangtri.gov.vn
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06 tháng 12 năm 2024 đến trước 17h06 ngày 15 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đồng Hà – Quảng Trị.

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục vật tư, linh phụ kiện

| TT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính |
|----|---------------------------------|--|----------|-------------|
| 1 | Điện trở inox có cánh tản nhiệt | - Kích thước: Dài 550 mm \pm 5% - Công suất: 1.8 KW/220V \pm 5% (Dùng được cho máy sấy Domus) | 18 | Cái |
| 2 | Điện trở inox có cánh tản nhiệt | - Kích thước: Dài 500 mm \pm 5% - Công suất: 500W/220V \pm 10% (Dùng được cho lò nung nhựa) | 02 | Cái |
| 3 | Điện trở inox có | - Kích thước: Dài 550 mm \pm 5% - Công suất: 2 KW/380V \pm 5% (Dùng được cho máy sấy Domus) | 36 | Cái |

| | | | | |
|---|----------------|---|----|-----|
| | cánh tản nhiệt | | | |
| 4 | Điện trở inox | - Kích thước: Dài 685 mm ± 5% - Công suất: 15 KW/380V ± 5% - Loại cụm 3 pha - Chân ren phi 60mm (Dùng được cho máy hấp Belimed) | 02 | Cái |
| 5 | Điện trở inox | - Kích thước: Dài 570 mm ± 5% - Công suất: 15 KW/380V ± 5% (Dùng được cho máy hấp Matachana) | 03 | Cái |

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển vật tư: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

| STT | Địa điểm cung cấp | Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp |
|-----|--|---|
| 1 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị | - Vận chuyển cung cấp hàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. - Hàng mới 100% |

3. Các thông tin khác (nếu có).

- Để đảm bảo việc mua vật tư thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng... trong báo giá.

- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn>) và Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên:
- Lưu: TCKT, VTTB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
ĐA KHOA
TỈNH
QUẢNG TRỊ

(Chữ ký)
Trương Vĩnh Quý