

Quảng Trị, ngày 04 tháng 4 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 – Nghị định 24/2024/ NĐ-CP cho việc **mua sắm trang thiết bị y tế quý II/2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Lê Hữu Thành – Trưởng phòng Vật Tư-TBYT

SĐT: 0914.057.454

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ **Nhận qua Email: phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn**

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 4 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 14 tháng 4 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hoá: *Phụ lục I đính kèm Yêu cầu báo giá*

Đơn vị/nhà cung cấp có thể báo giá từ 01 hạng mục đến toàn bộ hạng mục hàng hoá được nêu tại Phụ lục I đính kèm.

2. Mẫu Bảng báo giá: *Phụ lục II đính kèm Yêu cầu báo giá*

3. Gửi kèm theo Bảng báo giá là :

- Cấu hình cung cấp, thông số kỹ thuật chào giá kèm các tài liệu bằng tiếng Việt để chứng minh, các tài liệu khác có liên quan đến thông số kỹ thuật để lựa chọn thêm (nếu có).

- Tài liệu chứng minh được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 (ngoại trừ hạng mục STT 9, 10, 11).

4. Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- Vận chuyển cung cấp hàng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. - Hàng mới 100%

Lưu ý:

- Các báo giá sẽ không được lựa chọn để xem xét nếu đơn vị/nhà cung cấp không gửi đính kèm các File tài liệu theo yêu cầu tại **Điểm 3 Mục II** (Gửi kèm theo Bảng báo giá) tại bản yêu cầu báo giá này.

- Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng đến địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Khoa HSTC-CD, PTGM-HS, HHTM, Sản, KSNK;
- Lưu: TCKT, VT-TBYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Vĩnh Quý

Phụ lục 1**DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HOÁ MUA SẴM***(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 04 tháng 4 năm 2025**của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)*

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan cần phải đáp ứng	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy hấp tiệt trùng bằng hơi nước nhiệt độ cao	<p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng điện 380V 3 pha, 220V- 50 Hz - Xuất xứ: G7 - Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 - Bảo hành: \geq 12 tháng <p>2. Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 máy - Bộ sinh hơi (tích hợp sẵn trong máy): 01 cái - Máy in dữ liệu (tích hợp sẵn trong máy): 01 cái - Giá đựng dụng cụ được làm bằng thép không rỉ: 02 cái. - Xe đẩy dụng cụ bằng thép không rỉ có chốt hãm: 02 cái. - Máy làm mềm nước: 01 cái <p>3. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là loại thiết bị tiệt trùng bằng phương pháp sử dụng hơi nước bão hòa ở nhiệt độ cao, chu trình có hỗ trợ đuổi khí tiền chân không. - Điều khiển bằng hệ thống vi tính hoặc logic PLC, giao tiếp với người sử dụng thông qua màn hình màu cảm ứng. - Vận hành tự động hoàn toàn. - Buồng hấp được làm bằng thép không gỉ. - Dải nhiệt độ hấp tiệt trùng: 115°C đến 135°C - Dung tích buồng hấp: \geq 550 lít - Có chức năng sấy khô vật hấp - Máy bơm chân không: Công suất: \geq 2.2kW - Hút chân không tối đa: \leq - 0.096MPa 	01	Máy

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan cần phải đáp ứng	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
2	<p>Máy theo dõi khoa 02 chức năng (Monitor sản khoa)</p>	<p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng điện 220V- 50 Hz - Xuất xứ: G7 - Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 - Bảo hành: ≥ 12 tháng <p>2. Cấu hình mỗi máy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính tích hợp máy in nhiệt, pin: 01 chiếc - Đầu dò Doppler và đầu dò UC: 01 chiếc - Đầu dò Doppler song thai: 01 chiếc - Dây ràng đầu dò: 02 chiếc - Giấy in: 01 tập - Thiết bị đánh dấu: 01 chiếc. - Gel siêu âm: 01 lọ - Xe đẩy máy: 01 cái <p>3. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đo nhịp tim thai: siêu âm doppler ≥ 2 kênh, Công suất siêu âm: $\leq 10\text{mW/cm}^2$. - Đo chuyển động thai nhi: siêu âm doppler ≥ 2 kênh hoặc tương đương, Chức năng tự động đo. - Đo độ co bóp tử cung - Đo nhịp tim thai (FHR): <ul style="list-style-type: none"> + Hệ thống ≥ 2 kênh siêu âm Doppler + Dải đo tối đa ≥ 240 nhịp/ phút + Báo động khi nhịp tim thai vượt quá giới hạn trên dưới và thời gian trễ. - Đo cử động thai: <ul style="list-style-type: none"> + Kỹ thuật phát hiện: siêu âm Doppler, ≥ 2 kênh + Cách thức ghi: Ghi sóng nhọn - Đo cơn co tử cung: 	03	Máy

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan cần phải đáp ứng	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> + Tín hiệu vào: đầu dò theo dõi cơn co tử cung + Dải đo: $\geq 0 - 100$ Units - Kết nối phần mềm quản để quản lý dữ liệu trên máy tính. - Màn hình màu cảm ứng LCD TFT ≥ 7 inch - Thông tin hiển thị: đồ thị tim thai và cơn co (CTG), thông số đo, trạng thái máy, các cài đặt. - Lưu dữ liệu lên đến ≥ 6 giờ - Máy có bộ nhớ tạm thời khi máy bị hết giấy hay mất điện. - Pin dự phòng thời gian sử dụng (được sạc đầy): ≥ 30 phút. - Có cổng kết nối chuẩn HL7 		
3	<p>Máy theo dõi bệnh nhân (Monitor 5 thông số)</p>	<p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng điện 220V- 50 Hz - Xuất xứ: G7 - Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 - Bảo hành: ≥ 12 tháng <p>2. Cấu hình mỗi máy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính tích hợp pin dự phòng và Máy in: 01 cái - Cáp điện tim: 01 cái - Bộ dây ECG 3 chuyển đạo: 01 bộ - Cáp nối SpO2, Đầu dò SpO2 người lớn và trẻ em: 01 bộ. - Ống đo huyết áp: 01 cái - Túi hơi huyết áp người lớn: 01 cái - Túi hơi huyết áp trẻ em: 01 cái - Đầu dò nhiệt độ da: 01 cái - Giấy in: 01 xấp 	10	Máy

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan cần phải đáp ứng	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<p>- Xe đẩy máy: 01 cái</p> <p>3. Thông số kỹ thuật:</p> <p>- Màn hình màu LCD hoặc tương đương, kích thước: ≥ 10 inch, điều khiển cảm ứng.</p> <p>- Hiển thị:</p> <p>+ Số dạng sóng tối đa hiển thị trên màn hình: ≥ 4</p> <p>+ Hiển thị dữ liệu số: ≥ 15 loại</p> <p>- Các thông số đo: ECG, nhịp thở, SpO₂, NIBP, nhiệt độ x 2.</p> <p>- Điện tim (ECG):</p> <p>+ Số dạng sóng: ≥ 6</p> <p>+ Phạm vi đếm tối đa ≥ 300 nhịp/phút</p> <p>+ Các mục cảnh báo loạn nhịp: ≥ 25 mục</p> <p>+ Có đo mức ST: ≥ 6 đạo trình</p> <p>- Nhịp thở:</p> <p>+ Số kênh đo: ≥ 2 kênh</p> <p>+ Phạm vi đếm nhịp thở: 0 đến ≥ 150 nhịp/phút</p> <p>- Huyết áp không xâm lấn:</p> <p>+ Phạm vi đo: 0 đến ≥ 300 mmHg.</p> <p>+ Thời gian đo tối đa: Người lớn/ trẻ em: ≤ 160 s. Trẻ sơ sinh: ≤ 80s.</p> <p>+ Có kích hoạt thời gian truyền sóng xung</p> <p>- Nhiệt độ:</p> <p>+ Số kênh: ≥ 2</p> <p>+ Dải đo: 0 đến $\geq 45^{\circ}$ C</p> <p>- Nồng độ bão hoà oxy trong máu SpO₂</p> <p>+ Các mục báo động: SpO₂, nhịp mạch</p> <p>+ Nhịp mạch: 30 đến ≥ 300 nhịp/phút</p> <p>- Chế độ xem lại:</p>		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan cần phải đáp ứng	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> + Thời gian hiển thị xem lại: ≥ 120 giờ + Số thông số xem lại ở mỗi đồ thị: ≥ 3 + Số thông số hiển thị: ≥ 15 + Dạng sóng toàn phần: ≥ 4 + Có gọi lại loạn nhịp. - Máy in: in nhiệt - Có cổng kết nối chuẩn HL7 		
4	Bơm tiêm điện	<p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng điện 220V- 50 Hz - Xuất xứ: G7 - Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 - Bảo hành: ≥ 12 tháng <p>2. Cấu hình mỗi máy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính kèm pin: 01 cái - Các phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Dây nguồn: 01 cái + Giá kẹp cọc truyền: 01 cái <p>3. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình LCD màu hoặc tương đương, kích thước ≥ 4 inch. - Điều khiển, cài đặt các thông số bằng nút xoay hoặc các phím ấn. - Chế độ đặt liều: có các chế độ mL/giờ, $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{phút}$, $\text{mg}/\text{kg}/\text{giờ}$. - Phù hợp các loại ống tiêm có kích thước: 5, 10, 20, 30, 50/60mL. 	20	Máy
5	Máy thở	<p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng điện 220V- 50 Hz - Xuất xứ: G7 	06	Máy

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan cần phải đáp ứng	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 - Bảo hành: ≥ 12 tháng 2. Cấu hình mỗi máy: - Máy chính, Ấc quy lắp bên trong máy: 01 bộ - Bộ dây thở người lớn dùng nhiều lần tiệt trùng được: 01 bộ. - Bộ dây thở trẻ em dùng nhiều lần tiệt trùng được: 01 bộ. - Mask thở người lớn dùng nhiều lần: 01 cái - Mask thở trẻ em dùng nhiều lần: 01 cái - Phổi giả: 01 cái - Filter lọc khuẩn: 02 cái - Xe đẩy máy đồng bộ chính hãng: 01 cái - Cảm biến oxy: 01 cái - Cảm biến lưu lượng: 01 cái - Cần đỡ dây thở và các khớp nối: 01 cái - Bộ dây cấp khí áp lực cao: 01 bộ - Máy làm ấm + Bình làm ấm khí thở: 01 bộ 3. Thông số kỹ thuật: - Máy thở thông khí xâm nhập và không xâm nhập trên tất cả mode thở: Hỗ trợ, đồng bộ/ ngắt quãng, hỗ trợ hai mức áp lực... - Sử dụng cho trẻ em tới người lớn - Màn hình màu cảm ứng LCD ≥ 15 inches - Có tính năng tự động bù khí, Apnea (ngừng thở) - Thở khí dung tích hợp trong máy - Có chức năng kiểm tra độ rò rỉ và độ giãn nở của hệ thống dây thở. - Có tính năng thở sâu. 		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan cần phải đáp ứng	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Có chức năng hiệu chuẩn cảm biến oxy và cảm biến lưu lượng. - Có chế độ điều khiển tự động cho phép chuyển đổi từ chế độ hỗ trợ/kiểm soát sang chế độ tự thở khi bệnh nhân đạt được nỗ lực tự thở và ngược lại. - Thể tích khí lưu thông $\leq 20 - \geq 3.000$ ml. - Cho phép đo đặc Auto-PEEP và PEEP tổng của bệnh nhân. - Cho phép đo và thăm dò động học hô hấp (compliance & Resistant) của bệnh nhân. 		
6	Máy siêu âm xách tay	<p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng điện 220V- 50 Hz - Xuất xứ: G7 - Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 - Bảo hành: ≥ 12 tháng <p>2. Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính siêu âm tại giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái. - Đầu dò Convex đa tần: 01 cái. - Đầu dò Linear đa tần: 01 cái - Pin sạc tích hợp bên trong máy: 01 bộ - Máy in ảnh siêu âm đen trắng kèm giấy in: 01 bộ + 01 cuộn. - Phần mềm chung kèm phần mềm hỗ trợ tăng cường hiển thị hình ảnh kim sinh thiết : 01 bộ - Xe đẩy đồng bộ: 01 bộ - Bộ máy vi tính để bàn kèm máy in: 01 bộ <p>3. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính gắn trên xe đẩy đồng bộ hoặc có thể tháo 	01	Máy

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan cần phải đáp ứng	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<p>rời tay xách khi di chuyển máy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ứng dụng: Bụng, Cấp cứu, Sản, Cơ xương khớp, Mạch máu, Hướng dẫn can thiệp. - Màn hình hiển thị: $\geq 10"$. - Số ổ cắm đầu dò hoạt động hoặc qua cổng kết nối đồng thời ≥ 02. - Mức thang xám: ≥ 256 - Bộ nhớ: ≥ 128 GB - Dải động hệ thống: ≥ 95dB - Bộ pin sạc đảm bảo máy hoạt động: ≥ 60 phút - Các chế độ hoạt động hiển thị: B-mode, M-mode, Mode dòng chảy màu, Mode Doppler xung, Mode Doppler liên tục, Mode M dòng chảy màu. - Các chức năng: Phóng to hình động, Lọc nhiễu, Hiển thị hình ảnh đôi, Điều chỉnh góc, Điều chỉnh đường cơ bản, Đảo phở.... - Các chức năng đo đạc: Tính toán thông số Doppler thời gian thực, Đo đạc/Tính toán trong sản khoa, niệu khoa, mạch máu và các phép đo cơ bản: khoảng cách, chu vi, nhịp, thể tích, diện tích. - Chuẩn kết nối DICOM 3.0, đưa được hình ảnh lên hệ thống PACS hai chiều. - Đầu dò Convex đa tần: Dải tần: $\leq 2 - \geq 5$ MHz, Có hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết. - Đầu dò Linear đa tần: Dải tần: $\leq 4.5 - \geq 12$ MHz Có hỗ trợ hướng dẫn sinh thiết 		
7	Máy bơm khí CO₂	<p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng điện 220V- 50 Hz - Xuất xứ: G7 	01	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan cần phải đáp ứng	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 - Bảo hành: ≥ 12 tháng <p>2. Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Màn lọc CO₂: 20 cái - Dây dẫn CO₂ vào ổ bụng, sử dụng được nhiều lần: 01 cái <p>3. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Màn hình màu cảm ứng tích hợp ≥ 5.5 inch, hiển thị thông số và điều khiển chức năng. - Tốc độ bơm lưu lượng tối đa ≥ 50 lít/phút. - Chức năng làm ấm khí bằng bộ phận làm ấm tích hợp trên dây dẫn khí CO₂. - Chức năng hút khói mà không làm giảm áp lực ổ bụng. - Tốc độ hút khói tối đa ≥ 12 l/phút. - Khoảng cài đặt áp lực ổ bụng từ 1- ≥ 30mmHg. - Có các chế độ bơm khí chỉ định: Tiêu chuẩn, bệnh nhân béo phì, Nhi khoa, Tim mạch... - Máy hiển thị tất cả các thông tin và báo động bằng âm thanh với mức âm thanh điều chỉnh được khi nguồn CO₂ có sự cố. 		
8	<p>Dao mổ siêu âm không dây</p>	<p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng điện 220V- 50 Hz/Pin - Xuất xứ: G7 - Thiết bị được cấp phép lưu hành tại nhóm nước G7 - Bảo hành: ≥ 12 tháng <p>2. Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính + bộ điều khiển: 01 bộ - Bộ sạc pin: 01 cái 	01	Bộ

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan cần phải đáp ứng	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Pin: 02 cái - khay hấp tiệt trùng: 01 cái <p>3. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính + bộ điều khiển + Loại dao phẫu thuật siêu âm không dây. + Có đèn báo trạng thái hoạt động của máy - Bộ sạc pin - Sử dụng điện 220V AC - Pin - Pin dùng cho dao mổ siêu âm là loại dùng nhiều, ≥ 100 lần - Khay hấp tiệt trùng: Dùng được pin, thân máy để hấp tiệt trùng, ≥ 100 lần hấp, tiệt trùng. 		
9	Lưỡi dao siêu âm không dây	<p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng được với dao phẫu thuật siêu âm không dây (STT 9). <p>2. Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dao có khả năng vừa cắt vừa cầm máu nhanh trên mô mềm và mạch máu có đường kính tới 5mm. - Có phím kích hoạt năng lượng. - Loại sử dụng 01 lần và tái sử dụng được. 	20	Cái
10	Giường phụ khoa	<p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng điện 220V- 50 Hz - Bảo hành: ≥ 12 tháng <p>2. Cấu hình mỗi máy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giường phụ khoa và các phụ kiện đi kèm: 01 cái <p>3. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng: Khám và làm các thủ thuật phụ khoa, đỡ đẻ. - Nâng cao/ Hạ thấp toàn giường Nâng đầu/ Hạ đầu/ Nghiêng trước/ Nghiêng sau Điều chỉnh phần chân 	03	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan cần phải đáp ứng	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước tổng thể: DxRxH: $\geq 1850 \times \geq 600 \times$ trong khoảng 730 - 930mm. - Kiểu điều chỉnh: Chỉnh điện, remote và bàn đạp - Nệm chống thấm. - Tải trọng $\geq 250\text{Kg}$. - Vật liệu: Khung giường bằng inox không gỉ hoặc tương đương 		
11	Máy ly tâm lạnh, ly tâm túi máu	<p>1. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng điện 220V- 50 Hz - Bảo hành: ≥ 12 tháng <p>2. Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Rotor văng: 01 cái - Adapter cho túi máu $\geq 500\text{ml}$ <p>3. Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ tối đa: ≥ 6000 vòng/phút (rpm) - Dung tích tối đa: $\geq 4 \times \geq 700 \text{ ml}$ - Phạm vi nhiệt độ: -20°C đến $+40^{\circ}\text{C}$. 	01	Máy

Phụ lục 2**MẪU BẢNG CHÀO GIÁ**

(Kem theo Yêu cầu báo giá ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị)

Công Ty

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Yêu cầu báo giá ngày....tháng....năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc mua sắm Vật tư – phụ kiện Thiết bị y, chúng tôi Công ty báo giá các hàng hoá như sau:

STT	Danh mục hàng hoá	Ký, mã, model, nhãn hiệu, hãng sản xuất	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Năm sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1									
2									
3									
...									
...									
TỔNG CỘNG KHOẢN:

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày tháng 4 năm 2025.
- Năm sản xuất: 2024 ~ 2025, chất lượng hàng mới 100%,
- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển đến đơn vị sử dụng, thuế VAT và các chi phí liên quan....
- Thời gian giao hàng: Trong vòng ngày, kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian bảo hành:
- Địa điểm giao hàng: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - Địa chỉ: 266 Hùng Vương– Đông Hà – Quảng Trị.

- Chúng tôi cam kết:

+ Hàng hóa hợp lệ theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023.

+ Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

+ Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

+ Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng 4 năm 2025
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký, đóng dấu)