

Quảng Trị, ngày 11 tháng 4 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 – Nghị định 24/2024/ ND-CP cho việc mua sắm **Đầu nén khí trực xoắn không dầu và Bộ lọc khô không khí (màng) của Hệ thống khí nén y tế trung tâm** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Lê Hữu Thành – Trưởng phòng Vật Tư-TBYT

SĐT: 0914.057.454

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ **Nhận qua Email: phongvttb.bvdkt@quangtri.gov.vn**

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 11 tháng 4 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 20 tháng 4 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục, yêu cầu cấu hình, thông số kỹ thuật và điều kiện hoạt động của trang thiết bị yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
1	Đầu nén khí trực xoắn không dầu	- Thông số kỹ thuật: + Công nghệ: Dạng trực xoắn (scroll) không có dầu. + Công suất: Sử dụng phù hợp với Motor: 3.7 KW. + Lưu lượng khí (Air Capacity): ≥ 405 L/min.	02	Cái

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng /khối lượng	Đơn vị tính
		+ Áp lực khí (Air pressure): ≥ 0.8 Mpa /8bar. - Điều kiện hoạt động: - Model: SL-165E-S8 hoặc tương đương để lắp đặt phù hợp cho cum máy nén khí có model: SLP-110EB-S75 Hãng SX C&U/ Nhật Bản.		
2	Bộ lọc khô không khí (màng)	- Thông số kỹ thuật: + Công dụng: lọc khô khí nén loại màng (Membrane Air Dryer). + Vỏ ngoài: <ul style="list-style-type: none"> • Bề ngang từ: 7,5 – 8,5 cm • Ren kết nối cỡ 21. + Lõi lọc: <ul style="list-style-type: none"> • Đường kính lõi lọc: 5,3 cm- 5,6 cm • Chiều dài lõi lọc: ≥ 25cm • Áp suất tối đa ≥ 1.0 MPa - Điều kiện hoạt động: Ký mã hiệu: IDG 100 – 04 - X171 - Hãng sản xuất: SMC Nhật Bản hoặc tương đương để lắp đặt phù hợp cho cum máy nén khí có model: SLP-110EB-S75 Hãng SX C&U/ Nhật Bản.	02	Bộ

2. Địa điểm cung cấp, xuất xứ, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo hành, thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bảng 1.

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về xuất xứ, vận chuyển, cung cấp, bảo quản, bảo hành, thiết bị
1	Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- Dịch vụ kèm theo: Vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo hành. - Bảo hành: Bảo hành theo quy định của Nhà sản xuất. (Đơn vị báo giá ghi rõ số tháng bảo hành). - Mới 100%.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Lưu ý:

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

- Báo giá ghi rõ thời gian bảo hành, thuế VAT và các dịch vụ liên quan kèm theo (nếu có).

- Sau khi gửi báo giá file mềm đến email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật Tư-TBYT_Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VT-TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Vĩnh Quý