

Quảng Trị, ngày 27 tháng 02 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa, bảo dưỡng 03 Máy thở - Model: V8800 - HSX: ORICARE với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương; Phường Nam Đông Hà; tỉnh Quảng Trị.

1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Quốc Hùng - Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvattutbytbvqt@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 27 tháng 02 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 09 tháng 03 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày từ ngày 09/03/2026

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà –tỉnh Quảng Trị.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
	Sửa chữa, bảo dưỡng Máy thở - Model:V8800 - HSX: ORICARE	- Sửa chữa, bảo dưỡng 03 Máy thở - Model: V8800 - HSX: ORICARE với tình trạng hư hỏng được xác định tạm thời như sau: Lỗi: + BDU Failure + Oxy sensor voltage Low + Alarm speaker failure	Cái	03

TT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
		- Yêu cầu sửa chữa, cài đặt, cân chỉnh, bảo dưỡng máy thở, thay thế linh phụ kiện (nếu có). - Kết quả sau sửa chữa, bảo dưỡng: Máy thở sau khi sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động bình thường, ổn định, đảm bảo thông số kỹ thuật của Nhà sản xuất.		

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng số 01

STT	Địa điểm vận chuyển	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp dịch vụ
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Phường Nam Đông Hà - tỉnh Quảng Trị	- Sửa chữa, lắp đặt, cân chỉnh, bảo dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. - Bảo hành: ≥ 06 tháng

3. Các thông tin khác:

- Để đảm bảo việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,...trong báo giá.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Vĩnh Quý