

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Máy ly tâm 6 ống nghiệm và 12 ống nghiệm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Hoàng Quốc Hùng – Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvattutbytbvqt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 10 tháng 4 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 20 tháng 4 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20/4/2026

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy ly tâm 6 ống nghiệm	+ Cấu hình cung cấp: - Máy chính: 01 Cái - Rotor góc cố định lắp sẵn có thể chứa tới 6 ống nghiệm 15mL, 10mL, 7mL, 5ml. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng + Thông số kỹ thuật: - Dải tốc độ: 300 - 5000 vòng/phút - Bước tăng: ≥ 10 vòng/phút - Độ chính xác: ± 20 vòng/phút - Công suất ly tâm: rotor góc 6x 15ml/ 10ml/ 7ml/ 1.5-5ml. - Màn hình hiển thị LCD	01	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian cài đặt: 30 giây đến 99 phút / hoặc HOLD (hoạt động liên tục) - Động cơ DC không chổi than - Tự động mở khóa nắp sau khi chạy - Bộ nhớ ≥ 2 chương trình - Tính năng an toàn: khóa cửa liên động, phát hiện quá tốc độ - Thời gian tăng tốc: ≥ 1 mức - Thời gian giảm tốc: ≥ 2 mức - Nguồn điện: 1 pha, 200V-240V, 50Hz - Công suất: $\geq 70W$ 		
2	Máy ly tâm 12 ống nghiệm	<p>+ Cấu hình cung cấp</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Rotor cho phép ly tâm tối đa 12 ống 10ml hoặc 8 ống 15ml - Adapter cho ống 1.5-5ml: ≥ 12 cái - Nắp chèn Adapter: ≥ 12 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng <p>+ Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dải tốc độ: 300 - 4500 vòng/phút - Bước tăng: ≥ 100 vòng/phút - Độ chính xác: ± 20 vòng/phút - Công suất ly tâm: 12 x 10ml/7ml/1.5-5ml - Màn hình hiển thị LCD - Thời gian cài đặt: 30 giây đến 99 phút / hoặc HOLD (vận hành liên tục) - Chức năng khóa nắp liên động và phát hiện quá tốc độ - Nắp có khóa điện và chức năng mở tự động - Công tắc chuyển đổi RCF/RPM - Tính năng chạy chu trình ngắn - Thời gian tăng tốc: ≥ 20 giây - Thời gian giảm tốc: ≥ 13 giây - Mức độ ồn : ≤ 56 dB - Động cơ DC không chổi than - Bộ điều khiển CPU để dàng vận hành tốc độ, thời gian - Cài đặt được tốc độ và lực ly tâm. - Nguồn điện: 1 pha, 200V-240V, 50Hz, 	01	Cái

1. Địa điểm cung cấp, vận chuyển : Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm vận chuyển	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, bảo hành
1	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị	<ul style="list-style-type: none"> - Vận chuyển tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. - Năm sản xuất 2025 trở về sau - Hàng mới 100% - Bảo hành: ≥ 12 tháng

2. Các thông tin khác:

- Để đảm bảo việc thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.
 - Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
 - Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).
- Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Vĩnh Quý