

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm: vật tư, phụ kiện thay thế cho Hệ thống nước RO Model: AquaB Plus 2000 – Hãng sản xuất: Fresenius với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà –tỉnh Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Hoàng Quốc Hùng– Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvattutbytbvqt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 6 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 14 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14/6/2026

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục vật tư, phụ kiện:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bộ cụm bơm tăng áp tiên xử lý	Cấu hình gồm 02 bơm - Mỗi bơm được trang bị các phụ kiện bao gồm: các van khóa; van một chiều, bình tích áp; đồng	01	Bộ

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		<p>hồ đo áp lực nước; cảm biến đo áp suất, cáp nối giao tiếp điều khiển giữa 02 bơm</p> <p>Thông số kỹ thuật;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor bơm (động cơ điện AC) - Công suất nước cấp ra: <ul style="list-style-type: none"> ≥ 5,2 m³/h ở 3.5 bar, chế độ vận hành 1 bơm. ≥ 10,5 m³ ở 3.5 bar, chế độ vận hành 2 bơm. - Nguồn điện cung cấp: 1 pha, 220 – 240 V/50Hz (± 10%). - Công suất điện tiêu thụ: tối đa 2 x 1,1 kW - Dòng điện vận hành: 2 x 5,6 đến 6,7 A - Có bảo vệ chống nước thâm nhập - Độ ồn vận hành: < 55 dB (A) - Trang bị 2 bơm, được lắp đặt song song trên một khung - Các bơm được chuyển đổi vận hành luân phiên tự động. - Bảo hành: ≥ 06 tháng 		
2	Màng RO	<ul style="list-style-type: none"> - Công suất ≥ 500 lít/giờ/màng ở 15 °C - Chất liệu màng: Composite Polyamide hoặc tương đương - Kích thước màng: đường kính 121mm (4,8’) - Bảo hành: ≥ 03 tháng 	Cái	04
3	Cát thạch anh/Sỏi lọc	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: 2.0 - 4 mm. - Tỷ trọng 1400kg/m³ 	Kg	100
4	Vật liệu lọc Zeolite/Turbidex	<ul style="list-style-type: none"> - Cỡ hạt (khô): 16 ÷ 30 mesh. - Kích thước: 0.65 ± 0.05 (mm). - Khoảng pH hoạt động: 6.2 ÷ 8.5 	Kg	120
5	Hạt nhựa Jacobi	<ul style="list-style-type: none"> - Kích thước hạt: 0.42-1.25mm - Tỷ trọng khối : 0.82 kg/lít 	Kg	125
<p>Toàn bộ danh mục từ 1 đến 5 thay thế, lắp đặt sử dụng được cho Hệ thống nước RO Model: AquaB Plus 2000 – Hãng sản xuất: Fresenius</p>				

2. Địa điểm cung cấp, cung cấp: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

Bảng 1

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp,
1	<p>Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị</p> <p>Địa chỉ: 266 Hùng Vương -</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vận chuyển , cung cấp tại bệnh viện - Hàng mới 100% - Dịch vụ kèm theo: Bao gồm chi phí vận chuyển

	Đông Hà - Quảng Trị	cung cấp, lắp đặt, cài đặt cân chỉnh bảo hành và các chi phí khác liên quan. Bảo đảm Hệ thống sau khi thay thế hoạt động bình thường, ổn định theo thông số của nhà sản xuất.
--	---------------------	---

Các thông tin khác (nếu có).

- Để đảm bảo việc mua vật tư thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (<https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trương Vĩnh Quý