

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm: vật tư dụng cụ sinh thiết xương phục vụ phẫu thuật với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – phường Nam Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
Hoàng Quốc Hùng – Phòng Vật Tư-TBYT SĐT: 0914.231.821
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvattutbytbvqt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 05 tháng 6 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 14 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14/6/2026

**Lưu ý:** Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Đông Hà – Quảng Trị.

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục vật tư, dụng cụ y tế

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Kim định vị	Đường kính: $\leq 1.5$ mm, đầu tròn hoặc đầu nhọn	05	Cái
2	Kim chọc dò	- Kim chọc dò cán chữ T, mũi vát 3 mặt. - Vật liệu thép không gỉ và nhựa y tế - Chiều dài $\geq 125$ mm. trên thân có vạch chia chiều sâu - Gồm vỏ ngoài và troca	05	Cái

		- Đường kính ngoài trong khoảng 3.5mm hoặc 4.0mm		
3	Kim khoan	- Vật liệu: Thép không rỉ và nhựa y tế - Chiều dài $\geq 190$ mm. - Đường kính ngoài: trong khoảng 3.0 mm hoặc 3.4mm	05	Cái
4	Kim sinh thiết	- Vật liệu nhựa và thép không rỉ, cạnh có răng cưa dùng để sinh thiết. - Chiều dài $\geq 195$ mm. - Đường kính ngoài: trong khoảng 3.0mm hoặc 3.4mm	05	Cái

2. Địa điểm cung cấp, cung cấp: Mô tả cụ thể tại Bảng 1

**Bảng 1**

STT	Địa điểm cung cấp	Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp,
1	<b>Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị</b> Địa chỉ: 266 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị	- Vận chuyển , cung cấp tại bệnh viện - Hàng mới 100%

3. Các thông tin khác (nếu có).

- Để đảm bảo việc mua vật tư thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, tên chủ khoản và số tài khoản ngân hàng,... trong báo giá.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị ( <https://quangtrihospital.vn/>) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (<https://muasamcong.mpi.gov.vn/>).

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCKT, VTTB.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trương Vĩnh Quý**

